

谷氨酰胺酶(GLS) 活性检测试剂盒（微量法）

产品货号：BA1128

产品规格：100管/48样

产品简介：

GLS (EC3.5.1.2) 主要存在于高等动物和某些细菌以及植物根中，催化谷氨酰胺水解成谷氨酸和氨，在氮素代谢中具有重要调控作用，尤其是调节游离氨含量和尿素代谢。

本试剂盒利用靛酚蓝比色法测定GLS催化谷氨酰胺生成的氨来计算其酶活性。

注意：实验之前建议选择2-3个预期差异大的样本做预实验。如果样本吸光值不在测量范围内建议稀释或者增加样本量进行检测。

产品内容：

提取液：液体70mL×1瓶，4℃保存；使用前37℃预热。

试剂一：粉剂×1瓶，4℃保存；临用前加入5mL提取液溶解。

试剂二A：液体0.4mL×1支，4℃保存。

试剂二B：液体1.6mL×1瓶，4℃保存；临用前将试剂二A倒入试剂二B中混匀（A:B=1：4比例）。

试剂三：液体2mL×1瓶，常温保存。

标准品：液体1mL×1支，10μmol/mL氮标准液，4℃保存；使用前37℃预热。

需自备的仪器和用品：

台式离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量玻璃比色皿/96孔板、可调式移液枪、研钵/匀浆器、冰和双蒸水。

操作步骤：

一、粗酶液提取：

1. 组织：按照质量（g）：蒸馏水体积(mL)为1：5-10的比例（建议称取约0.1g，加入1mL提取液），冰上匀浆后于4℃，12000g离心15min，取上清置于冰上待测。
2. 细胞：按照细胞数量（10⁴个）：提取液体积（mL）为500-1000：1的比例（建议500万个细胞加入1mL提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率300w，超声3s，间隔7s，总时间3min）；然后4℃，12000g离心15min，取上清置于冰上待测。

二、测定步骤：

1. 可见分光光度计/酶标仪预热30min以上，调节波长至630nm，蒸馏水调零。
2. 标准液的制备：将标准溶液用提取液稀释8倍得1.25 μmol/mL的标准溶液。
3. 样品测定

试剂名称（μL）	测定管	对照管	标准管	空白管
样本	16	16	-	-
提取液	-	64	-	80
试剂一	64	-	-	-
混匀，37℃水浴1小时				
标准液	-	-	80	-
试剂二	16	16	16	16



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com

试剂三	12	12	12	12
蒸馏水	92	92	92	92

混匀，室温放置30min，630nm处读取吸光值A，分别记为A测定管、A对照管、A标准管、A空白管，计算 $\Delta A = A$ 测定管-A对照管， ΔA 标准=A标准管-A空白管。

三、GLS酶活性计算：

1. 按样本蛋白浓度计算：

单位定义：37℃下每mg蛋白质每小时催化谷氨酰胺生成1 μ mol NH₃-N定义为一个酶活力单位。

$$\text{GLS (U/mg prot)} = \Delta A \div (\Delta A \text{标准} \div C \text{标准}) \times V \text{酶促} \div (V \text{样品} \times C \text{pr}) \div T \\ = 6.25 \times \Delta A \div \Delta A \text{标准} \div C \text{pr}$$

2. 按样本鲜重计算：

单位定义：37℃下每g组织每小时催化谷氨酰胺生成1 μ mol NH₃-N定义为一个酶活力单位。

$$\text{GLS (U/g 鲜重)} = \Delta A \div (\Delta A \text{标准} \div C \text{标准}) \times V \text{酶促} \div (W \div V \text{提取} \times V \text{样品}) \div T \\ = 6.25 \times \Delta A \div \Delta A \text{标准} \div W$$

3. 按细胞数量计算：

单位定义：37℃下每500万个细胞每小时催化谷氨酰胺生成1 μ mol NH₃-N定义为一个酶活力单位。

$$\text{GLS (U/10}^4 \text{cell)} = \Delta A \div (\Delta A \text{标准} \div C \text{标准}) \times V \text{酶促} \div (V \text{样品} \div V \text{提取}) \div T \\ = 6.25 \times \Delta A \div \Delta A \text{标准}$$

C标准：标准液浓度，1.25 μ mol/mL；V酶促：酶促反应体积，0.08mL；V提取：加入提取液体积，1mL；V样品：上清液体积，0.016mL；T：反应时间，1h；Cpr：样本蛋白质浓度，mg/mL（蛋白浓度推荐使用BCA法测定）；W：样品质量，g。

注意事项：

1. 当测定吸光值大于0.8时，建议将上清液进一步稀释后测量。
2. 试剂二配置后尽快使用，若发现变色则不能再用。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司
 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址：上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话：400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱：saintbio@126.com

http://www.saint-bio.com