

超敏 ECL 化学发光试剂盒

产品货号: BA1832

产品规格: $2 \times 60\text{ml} / 2 \times 125\text{ml} / 2 \times 250\text{ml}$

产品简介:

超敏 ECL 化学发光试剂盒用于检测 HRP (辣根过氧化物酶) 标记的目的条带, 检测灵敏度最高可达飞克 (fg) 级。优化了底物的成分, 应用了新型的 Enhancer 和氧化剂, 发光强度更高, 稳定性更好, 不含有毒试剂, 安全性更高。

产品特点:

- 高灵敏度: 最高可达飞克级别, 10-15g
- 安全性高: 试剂不含对人体健康有毒的化学物质
- 信号持续时间长: 发光时间长达 30 分钟以上
- 稳定性高: 4℃ 保存长达一年以上, 室温运输稳定性好
- 经济节约: 较同类进口试剂花费更少, 所需抗体少, 抗体稀释度高

操作步骤(仅供参考):

1. 准备工作稀释液, 将(A) 和 (B) 按体积比例 1:1 混合
注: 为了获得最佳效果, 使用前准备稀释液并立即使用。吸取不同组份时要换移液管, 以免污染试剂。
2. 从 TBST 或 PBST 缓冲液的托盘中取出膜, 小心移去膜上的多余缓冲液, 但不要让膜干燥。
3. 将膜上有蛋白的一面朝上平整地铺在一张纸板上, 加上配好的工作稀释液。用量以覆盖膜为基准, 1ml 工作液可以覆盖大约 10cm^2 的膜。
4. 将膜与工作稀释液孵育 1-5min, 以确保整个表面覆盖。
5. 通过放射自显影胶片或成像设备获取信号。对于一个未知的信号, 可调节不同曝光的时间来获得最佳结果。



扫一扫 加微信

上海尚宝生物科技有限公司

Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co., Ltd

地址: 上海市徐汇区龙华路2518弄14号

电话: 400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520

邮箱: saintbio@126.com

<http://www.saint-bio.com>