

血液蛋白快速提取试剂盒(离心柱法)

产品货号: 26272

产品规格: 50T/100T

产品简介:

全血总蛋白提取试剂盒适用于从各种抗凝或非抗凝全血样本中提取总蛋白。提取过程简单方便,可在1小时内完成。该试剂盒含有的蛋白酶抑制剂混合物,阻止了蛋白酶对蛋白的降解,为提取高纯度的蛋白提供了保证。

本试剂盒含有的独特配方能够有效溶解细胞膜组份,包括细胞质膜、核膜和各种细胞器膜。

本试剂盒含有的蛋白酶抑制剂混合物,阻止了蛋白酶对蛋白的降解,为提取高纯度的蛋白提供了保证。

本试剂盒提取的蛋白可用于Western Blotting、蛋白质电泳、免疫沉淀、ELISA、转录活性分析、Gel shift凝胶阻滞实验、酶活性测定等下游蛋白研究实验。

本试剂盒提取的蛋白为具有天然蛋白构象的活性蛋白。

本试剂盒中不含有EDTA,与金属螯和层析等下游应用兼容。

产品组成:

产品名称	50T	100T	保存
组分A:蛋白提取液A	25ml	50ml	2-8°C
组分B: 蛋白酶抑制剂混合物	100µl	100μl	-20°C
组分C: 蛋白稀释液	25ml	50ml	2-8°C
组分D: 蛋白离心柱	50套	100套	室温

注:

- 1. 蛋白酶抑制剂未开盖使用前也可以2-8℃储存。开盖使用后-20℃储存。
- 2. 蛋白酶抑制剂在2-8°C低温时是固体状态,从冰箱取出后恢复至室温或37°C短时间水浴,变成液体状态后离 心至管底部再开盖。
- 3. 试剂拆封后请尽快使用完!

自备试剂和仪器:

离心机、振荡器、涡旋混匀器、移液器、冰箱、冰盒,PBS缓冲液、蛋白定量试剂盒,离心管、吸头、一次性手套。

产品特点:

- 1. 使用方便。
- 2. 含蛋白稳定剂,提取的蛋白稳定。
- 3. 紫外检测蛋白浓度时,背景干扰低。
- 4. 蛋白酶抑制剂抑制了蛋白的降解,蛋白酶抑制剂配方优化。蛋白酶抑制剂混合物包含6种独立的蛋白酶抑制剂,每一种抑制剂可特异性抑制某一种或几种蛋白酶活性。该混合物优化的组成使其可以抑制几乎所有重要的蛋白酶活性,包括丝氨酸蛋白酶、半胱氨酸蛋白酶、天冬氨酸蛋白酶、丙氨酰-氨基肽酶等。

使用方法:

一、使用注意事项:



上海尚宝生物科技有限公司 Shanghai Saint-Bio Biotechnology Co.,Ltd

地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com



- 1. 正式实验前请选取几个样本做预实验,以优化实验条件,取得最佳实验效果。
- 2. 螺旋盖微量试剂管装的试剂在开盖前请短暂离心,将盖和管内壁上的液体离心至管底,避免开盖时试剂损失
- 3. 实验过程中的所有试剂须预冷; 所有器具须放-20℃冰箱预冷。整个过程须保持样品处于低温。
- 4. 蛋白酶抑制剂储存期间溶液如果出现沉淀,不影响使用,溶解后正常使用。
- 5. 如果试剂盒不能短时间内用完,蛋白酶抑制剂混合物不可以一次全部加入提取液。
- 6. 可以根据自己实验需要加入其它蛋白酶抑制剂单品。
- 7. 全血蛋白浓度较高,需要进行稀释后用于下游实验应用。也可以不稀释,根据定量的浓度调整下游应用的上 样量。
- 8. 禁止与其他品牌的试剂混用,否则会影响使用效果。
- 9. 样品或试剂被细菌或真菌污染或试剂交叉污染可能会导致错误的结果。

二、血液蛋白提取:

- 1. 提取液准备:
 - 每500μl蛋白提取液中加入2μl蛋白酶抑制剂混合物,混匀后置冰上备用。
- 取300μl全血样品,加入300μl冷的蛋白提取液,充分混匀后,在4℃条件下振荡10分钟。
- 3. 将离心柱内柱套上套管,将提取液吸入离心柱内柱,在4℃,10000×g条件下离心3-5分钟。
- 4. 收集套管内液体即得到即可得到全血总蛋白。
- 5. 将上述蛋白提取物定量后分装于-80°C冰箱保存备用或直接用于下游实验。

常见问题分析:

- 1. 用什么方法定量蛋白?
 - 建议用BCA法。不适合用Bradford法,因为试剂A中含有干扰Bradford法的组份,导致定量不准。如果已经进行过透析处理或者用脱盐柱改换过缓冲体系,则可以用Bradford法定量。
- 2. 提取的蛋白具有活性吗?
 - 本试剂盒不含有离子型去垢剂组份,不破坏蛋白的结构,没有对蛋白质之间原有的相互作用的破坏,蛋白均保持其天然构象和活性。

注意事项:

- 1. 最好使用一次性吸头、管、瓶或玻璃器皿,可重复使用的玻璃器皿必须在使用前清洗并彻底清除残留清洁剂。
- 2. 实验后完成后所有样品及接触过的器皿应按照规定程序处理。
- 3. 本试剂盒仅供科学研究使用,不可用于诊断或治疗。
- 4. 避免皮肤或粘膜与试剂接触;如果试剂不小心接触皮肤或眼睛,应立即用水冲洗。

保存条件: 2-8°C保存,一年有效。



地址:上海市徐汇区龙华路2518弄14号 电话:400-611-0007 13671551480

Q Q: 807961520 邮箱: saintbio@126.com http://www.saint-bio.com